



NOTAS

- 1 - A TUBULAÇÃO DEVE SER SUPORTADA NO TETO E NAS PAREDES COM ESPAÇO DE 1,5 m DE DISTÂNCIA.
- 2 - DIMENSÕES EM mm.
- 3 - OS CILINDROS DEVERÃO SER PRESOS COM CORRENTES.
- 4 - OS MANIFOLDS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR TIPO DE GÁS.
- 5 - A LISTA DE MATERIAIS REFERÊNCIA - DI-00107-PB-UT-PQ-0001.
- 6 - PLANTAS DE REFERÊNCIA - DI-00107-PB-UT-DE-0001.
- 7 - FLUXOGRAMA DE REFERÊNCIA - DI-00107-PB-UT-DE-1003.

LEGENDA

- FILTRO PARA GASES
- REGULADOR PRESSÃO
- VÁLVULA ESFERA SOLDADA/ROSCADA
- TUBULAÇÕES NOVAS

REVISÃO	DESCRIÇÃO DE ALTERAÇÕES	DATA	RESPONSÁVEL	VISTO
R00	EMISSÃO INICIAL	16/11/2020	RENÉ OLIVEIRA	
R01	ALTERAÇÕES CONFORME COMENTÁRIOS DA GARANTIA DA QUALIDADE	23/02/2021	RENE OLIVEIRA	

fundação

butantan

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade

PRÉDIO - 107

Título

ISOGRAMA DE GÁS CO2 PARA LABORATÓRIO PERINATAL E MANIPULAÇÃO

Disciplina

UTILIDADES

Fase

PROJETO BÁSICO

Diretoria Técnica do Instituto Butantan

Dr. RUI CURI

Divisão de Infraestrutura

RAFAEL AGUIRRE LUBIANCA

Gestor de Projetos

Eng. CLAYTON RIBEIRO

Coordenação de Utilidades

Eng. André Yoshioka

Código do edifício

00107

Folha

01/01

Revisão

R01

Escala

S/E

Data

16/11/2020