

Dúvidas Sistema de Fermentação - EDITAL DE COTAÇÃO SIMPLIFICADA Nº 010/2026

Nº	Dúvidas	Retorno
1	<p>Os itens da URS 5.1.78 e 5.1.83 mencionam que o sistema de homogeneização pendular com sistema de dispersão de nitrogênio ou ar comprimido e processo por prato vibratório (Ex: Vibromixer®).</p> <p>Pergunta: o Butantan aceitará também fermentadores que usem <u>agitador magnetico</u> em substituição ao mencionado acima?</p>	<p>R: os itens 5.1.78 e 5.1.83 da URS são imprescindíveis. O sistema de homogeneização deve seguir a especificação do item.</p> <p>Neste caso deve ser mantido o sistema Vibromixer que foi descrito na ERU, não aceitamos outros sistemas, reforçando que, é imprescindível manter esse sistema.</p> <p>Com relação ao tipo de acoplamento, o fabricante deve prover da melhor solução para essa tecnologia, garantindo, vedação, eficiência e robustez.</p>
2	<p>Por favor confirme se Fundação Butantan possui isenção no Imposto de Importação, PIS/Cofins e ICMS, para este Processo.</p>	<p>R: Não possuímos isenção de impostos.</p>
3	<p>No caso da Importação direta pela Fundação Butantan, qual será condição Incoterms aplicada para o fornecimento dos Fermentadores</p>	<p>R: para importação direta, estamos considerando EXW.</p>