

Relação de Dúvidas e Esclarecimentos – Cotação Simplificada 031-2026

Item 5.3.12 - O sistema deve permitir integração com Active Directory (AD).

RESPOSTA: O sistema deve possuir capacidade de integração com o Active Directory (serviço de gerenciamento de usuários da Microsoft), ou seja, o login de acesso ao sistema deve estar integrado ao login da conta corporativa do usuário (ex: o mesmo login e senha do Windows/e-mail para logar no sistema), estando sujeito às mesmas políticas de gerenciamento da conta.

Obs.: A Fundação Butantan considera importante o atendimento desse item, pois seu atendimento melhora a qualidade no controle de processo e minimiza riscos.

Item 5.3.13 - O sistema deve permitir integração com Single Sign-On (SSO).

RESPOSTA: O sistema deve permitir integração com SSO, ou seja, o usuário ao realizar o login na estação de trabalho (login no windows), automaticamente faz o login no software também, mantendo rastreabilidade da trilha normalmente. Uma vez autenticando na estação de trabalho o sistema já registra o login também na aplicação, sem necessidade de nova autenticação para entrar no sistema.

Obs.: Note que esse item é informativo.

Item 5.3.14. O sistema deve permitir armazenar e gerenciar as informações em banco de dados SQL Server, garantindo integridade e disponibilidade dos dados.

RESPOSTA: O sistema precisa utilizar a estrutura de banco de dados SQL Server do Butantan para armazenamento dos dados gerados, garantindo que os dados fiquem seguros, com política de backups padronizados e alta disponibilidade.

Obs.: A fundação Butantan considera importante o atendimento desse item, pois seu atendimento melhora a qualidade no controle de processo e minimiza riscos. Propostas alternativas por parte do fornecedor são permitidas, exigindo alinhamento e aprovação prévia com a TI da Fundação Butantan.

Item 5.3.42. Deve ser emitida avaliação de impacto, que permita estabelecer se o sistema é regulado pelas BPx.

RESPOSTA: Caso seja adquirido o pacote de validação do sistema, deverá fazer parte do book de validação um documento que permita avaliar se o sistema é regulado pelas BPx. Esse documento deverá ser capaz de determinar a criticidade do sistema frente ao(s) processo(s) que está inserido, afim de balizar os demais documentos que serão emitidos.

Obs.: A fundação Butantan considera importante o atendimento desse item. No entanto, seu atendimento está condicionado à contratação do serviço de validação do sistema.

Item 5.4.19 É mandatório o equipamento de laboratório ter SIP?

RESPOSTA: Não se aplica a esta aquisição, não sendo necessária qualquer tratativa de qualificação técnica para o mesmo.


São Paulo 21, de agosto de 2026

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Duvidas processo Liofilizador_21082026_162711

Tatiane Cunha Silva




Código do documento

7b815f14374af57daa6505c20ae445d2

Assinaturas



Tatiane Cunha Silva
tatiane.silva@fundacaobutantan.org.br



Eventos do documento

21 Aug 2026, 16:27:11

Documento **criado** por: Tatiane Cunha Silva. Email: tatiane.silva@fundacaobutantan.org.br.
DATE_ATOM: 2026-08-21T16:27:11-03:00

21 Aug 2026, 16:27:37

Documento **assinado** por: Tatiane Cunha Silva (Fundação Butantan) . Email: tatiane.silva@fundacaobutantan.org.br - IP: 2.16.108.56. DATE_ATOM: 2026-08-21T16:27:37-03:00

Hash do documento original

(md5) 25720120e4e68d4a8ffa546e78f8e857

(sha256) 0444682745c7e0296698a4210a6c2a0a405b5a1f8bf7a775669c4ce3398a5d5e

Este log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima.

Este documento está assinado e certificado por Butansign

Validar documento em: <https://fundacaobutantan.org.br/assinaturas/confirmacao>